

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: <u>连建学</u>	
	职称: <u>医师</u>	
	工作单位: <u>河南科技大学</u>	
项目信息	项目名称: 洛阳市中医院 X 射线计算机断层摄影设备 (GE) 配套 CT 球管采购项目	
	项目预算金额: 95 万元	
	供应商名称: 河南阔派生物科技有限公司	
专业人员 论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) 通过对采购人提供的 (GE) 配套 CT 球管采购项目资料的认真研究讨论, 认为 CT 球管比 64 排 CT 且使用, 而该球管原 CT 的兼容性且明确、CT 球管; 而且如果采购非 GE 球管, 采购人的 CT 系统无法正常使用。故建议采购人采购“河南阔派生物科技有限公司”的 (GE) 球管 D3187T。	
专业人员 签字	<u>连建学</u>	日期 <u>2023</u> 年 <u>4</u> 月 <u>12</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 张华	
	职称: 主管技师	
	工作单位: 河南科技大学第一附属医院	
项目信息	项目名称: 洛阳市中医院 X 射线计算机断层摄影设备 (GE) 配套 CT 球管采购项目	
	项目预算金额: 95 万元	
	供应商名称: 河南阔派生物科技有限公司	
专业人员 论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) CT球管是CT设备的重要核心配件, 是X线管必须装置, 为消耗性耗材。此次采购的GE CT球管, 型号optima 660 CT (D3187T), 为GE公司生产的原装配件。具有更高的安全稳定性, 精准性, 性能指标更加高端, 与原有CT设备匹配度更高, 具有唯一性, 建议采购单一来源采购GE CT球管。	
专业人员 签字	张华	日期 2023 年 4 月 12 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: <u>李斌</u>	
	职称: <u>工程师</u>	
	工作单位: <u>洛阳环锋资源有限公司</u>	
项目信息	项目名称: 洛阳市中医院 X 射线计算机断层摄影设备 (GE) 配套 CT 球管采购项目	
	项目预算金额: 95 万元	
	供应商名称: 河南阔派生物科技有限公司	
专业人员 论证意见	(<u>专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等</u>) 业主单位现有一台 GE 公司生产的 CT 设备 (型号 Optima 660), 因为工作需要现需采购 CT 管球一枚。为保证整机的兼容性和配套性, 最大效率发挥工作效率。建议采购原厂配套球管。河南阔派生物科技有限公司是 GE 公司在河南省唯一授权代理, 建议采用单一来源采购方式从该公司采购 CT 管球。	
专业人员 签字	<u>李斌</u>	日期 <u>2023</u> 年 <u>4</u> 月 <u>12</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。