

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 连建学	
	职称: 医师	
	工作单位: 河南科技大学	
项目信息	项目名称: 洛阳市中医院 X 射线计算机断层摄影设备 (佳能) 配套 CT 球管采购项目	
	项目预算金额: 97 万元	
	供应商名称: 哈尔滨伯尼特商贸有限公司	
专业人员论证意见	(<u>专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等</u>) 经过对采购人提供的采购项目的研 究讨论, 认为该 CT 球管技术参数、软件 参数、安装调试维护以及兼容性都只能采 购原厂球管, 故建议采购“哈尔滨伯尼 特商贸有限公司”提供的 X 射线计算 断层摄影设备 (佳能) 配套球管。	
专业人员签字	连建学	日期 2023 年 4 月 12 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王健绍	
	职称: 副研究员	
	工作单位: 河南省洛阳正骨医院	
项目信息	项目名称: 洛阳市中医院 X 射线计算机断层摄影设备 (佳能) 配套 CT 球管采购项目	
	项目预算金额: 97 万元	
	供应商名称: 哈尔滨伯尼特商贸有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) CT 球管是 CT 装置核心配件, 是 X 射线发生装置, 属消耗性配件。我院计划采购的 CT 球管, 是医院原采购的 64 排 CT 品牌为东芝公司生产的 AQUILLON/64, 其原装 CT 球管型号为 CXB-7500, 专用球管, 根据系统的要求, 整机匹配性, 球管的安全指示和检测指示, 建议采购该产品全国唯一供应商哈尔滨伯尼特商贸有限公司产品, 即采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	王健绍	日期 2023 年 4 月 12 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>王亚萍</u>	
	职称: <u>主任医师</u>	
	工作单位: <u>河南科技大学第二附属医院</u>	
项目信息	项目名称: 洛阳市中医院 X 射线计算机断层摄影设备 (佳能) 配套 CT 球管采购项目	
	项目预算金额: 97 万元	
	供应商名称: 哈尔滨伯尼特商贸有限公司	
专业人员论证意见	(<u>专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等</u>) CT设备是医院重要的高精端诊断设备, 对稳定性, 精确性有很高的要求, 同时考虑到兼容性以及安全因素. 经与生产厂家品管的球管无法与该CT配套使用, 具有唯一性. 建议采用单一来源方式采购佳能 CXB-750D 球管。	
专业人员签字	<u>王亚萍</u>	日期 <u>2023</u> 年 <u>4</u> 月 <u>12</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。