

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李斌	
	职称: 工程师	
	工作单位: 洛阳环锋资源有限公司	
项目信息	项目名称: 洛阳市中医院 X 线计算机体层摄影 (64 排 CT) 高压电缆和高压模块采购项目	
	项目预算金额: 21 万元	
	供应商名称: 佳能医疗系统 (中国) 有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) 业主单位现有佳能64排CT一台, 目前高压发生器及高压电缆损坏, 因为该配件其他品牌, 型号的同类产品无法替代, 建议采购原厂配套产品。佳能医疗系统 (中国) 有限公司是佳能公司在中国境内唯一的全资子公司。接受母公司的授权, 全面负责佳能公司在中国境内的销售、售后服务及维修、技术咨询、技术培训等业务。建议采用单一来源采购方式从该单位采购高压发生器及高压电缆。	
专业人员签字	李斌	日期 2023 年 4 月 12 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王健绍	
	职称: 副研究员	
	工作单位: 河南省洛阳正骨医院	
项目信息	项目名称: 洛阳市中医院 X 线计算机体层摄影(64 排 CT) 高压电缆和高压模块采购项目	
	项目预算金额: 21 万元	
	供应商名称: 佳能医疗系统(中国)有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) 业经论证采购的高压电缆和高压模块是原采购的佳能(原装进口)64排CT专用配套消耗性配件, 具有不可替代性, 其他品牌、型号高压电缆和高压模块无法替代使用, 符合单一来源采购方式的条件, 建议采用单一来源方式采购。 建议由母公司授权佳能医疗系统(中国)有限公司供货。	
专业人员签字	王健绍	日期 2023 年 4 月 12 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 茹书琴	
	职称: 高级	
	工作单位: 洛阳市消防支队	
项目信息	项目名称: 洛阳市中医院 X 线计算机体层摄影 (64 排 CT) 高压电缆和高压模块采购项目	
	项目预算金额: 21 万元	
	供应商名称: 佳能医疗系统 (中国) 有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) 此单位采购的高压电缆和高压模块是原采购的佳能 64 排 CT 专用配套的消耗性配件, 经过原厂匹配性测试, 可以保证质量和使用的安全性, 具有不可替代性。其他品牌型号的高压电缆和高压模块无法替代使用, 符合单一来源采购方式的条件, 建议使用单一来源方式采购。 建议由原厂授权的佳能医疗系统 (中国) 有限公司供货。	
专业人员签字	茹书琴	日期 2023 年 4 月 12 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。