

参数论证采购单位签到表

论证时间：2024 年 11 月 15 日

项目名称：洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购

产品名称：高端数字化大平板血管造影系统、悬吊双板 DR、移动式平板 C 型臂 X 射线机、可移动 C 型臂（中

C）、数字胃肠、乳腺钼靶机、数字化双能谱 X 射线骨密度仪

姓名	工作单位	专业	职称 (职业资格)	联系电话	备注
马灿光	洛阳市中心医院			13837997713	

专家论证签到表

论证时间：2024 年 11 月 15 日

项目名称：洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购

产品名称：高端数字化大平板血管造影系统、悬吊双板 DR、移动式平板 C 型臂 X 射线机、可移动 C 型臂（中

C）、数字胃肠、乳腺钼靶机、数字化双能谱 X 射线骨密度仪

姓名	工作单位	专业	身份证号	联系电话	备注
马锦瑜	河南科技大厦	医疗	610305196512202012	13683857628	
尚敏	洛阳市中心医院	影像	610103197407303610	13837999160	
张丽君	洛阳市交通事业发展中心	法律	410329196807020161	13937957799	
程红艳	洛阳市网信中心	医疗	410305195603240015	13703883473	
王宇川	洛阳市疾控中心	医疗	41030519600626451X	13592090026	

专家论证意见

采购单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购
控制金额	悬吊双板 DR：210 万元
1、设备名称须规范。 2、检查序号，各级序号须规范。 3、原参数 2.1“球管为原装进口且为国际知名品牌”修改为“球管为知名品牌”。 4、原参数 4.6“可固定在检查床和胸片”修改为“可固定在检查床和胸片架上”。 5、其他特殊需求第（5）条：“办公电脑”修改为“工作站”。 专家签字：2024 年 11 月 15 日 李川 李 程之舟 马建瑞 张丽君	

专家论证意见

采购单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购
控制金额	移动式平板 C 型臂 X 射线机：70 万元
1、原参数基本配置第 3 项，仅保留“整机采用一体化整体设计”，其余内容删除。 2、原参数“二、探头名称及数量”删除。 3、检查序号，各级序号须规范。 4、原参数“四、其他特殊需求”属商务条款，须单列。 专家签字：2024 年 11 月 15 日 张丽君 李 马 陈 王 程	

专家论证意见

采购单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购
控制金额	可移动 C 型臂（中 C）：120 万元
1、检查序号，各级序号须规范。 2、原参数 3.2，“像素”应修改为“像素尺寸”。 3、原参数“5 其他特殊需求”内容删除。 专家签字： 2024 年 11 月 15 日 书 马瑞琦 程斌 王宇川 张丽君	

专家论证意见

采购单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购
控制金额	数字胃肠：100 万元
1、设备名称须规范。 2、检查序号，各级序号须规范。 3、原参数序号 6 重复。 4、原参数“8 其他”属商务条款，须单列；“办公电脑”修改为“工作站”。 专家签字：2024 年 11 月 15 日 张鹏 马锦瑞 程浩 等	

专家论证意见

采购单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购
控制金额	乳腺钼靶机：100 万元
1、项目名称须规范。 2、检查序号，各级序号须规范。 3、原参数 8.3 “>” 修改为 “≥”。 4、原参数 “3 其他特殊需求” 属商务条款，须单列；“办公电脑” 修改为 “工作站”。 专家签字： 2024 年 11 月 15 日 马瑞瑞 孙强 王少川 张丽君	

专家论证意见

采购单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备采购联合会 牵头单位：洛阳市中医院
项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会普放类采购
控制金额	数字化双能谱 X 射线骨密度仪：50 万元
1、原参数“2、系统技术规格及概述”删除。 2、原参数 2.12 改为“所装机器须安装本机器所有适配软件（附软件证书）”。 3、原参数 3.1、3.2、3.13-3.19，属商务条款，须单列。 4、参数内需要提供佐证材料：如：提供检测报告、第三方检测报告证明、提供证明等，要求须规范一致。 专家签字：2024 年 11 月 15 日 张丽君 程中 马瑞瑞 王少川 史国	