

政府采购进口产品论证专家签到表

项目名称		北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)320排CT设备球管采购项目				
采购人		北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)		论证日期	2026年4月7日	
序号	姓名	工作单位	身份证号码	职务或职称	联系电话	备注
1	李建树	郑州市物资局	41010419560801003X	高工	13383712001	
2	李楠	洛阳市人民医院	410208197612112023	高工	19939088897	
3	冯福波	河南中医药大学一附院	4101051967092059	高工	13939006098	
4	张研萍	河南中医药大学	410105196112110046	教授	13643814156	
5	李刚	河南政法职业学院	41021919690702163X	讲师	13007618241	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)
拟采购产品名称	320排CT 球管采购
拟采购产品金额	125万元
采购项目所属项目名称	北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)320排CT设备球管采购项目
采购项目所属项目金额	125万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取:(如果国内无相应设备可供选择, 则选此项)	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取:(此项一般不选择)	
<input type="checkbox"/> 3、其他。(如果国内设备无法满足需要, 则选择此项)	
原因阐述: 本次采购的佳能 320 排 CT(AQ/ONE)专用球管为日本佳能医疗原厂生产的进口产品, 国内无同类替代生产厂家, 必须通过进口渠道采购。 该球管采用佳能医疗境外专利与专有技术, 属于不可替代的进口核心部件, 国内无厂家具备相同技术与生产能力。 该球管为国家药监局注册认证的进口医疗器械, 仅进口原厂球管可通过整机匹配性测试, 第三方及国产产品均无合规匹配报告。 球管为 CT 核心消耗件, 当前已故障停机, 仅进口原厂球管可保障设备安全、图像质量与诊疗有效性。 佳能医疗系统(中国)有限公司为该进口球管在中国唯一合法供应与服务渠道, 无其他合法进口来源,故需要采购进口产品。	
三、专家论证意见	
技术专家论证意见: <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;"> 我方已于2023年6月安装使用的佳能320排CT采购的专用球管, 是佳能的核心技术, 为设备的核心部件, 目前国内尚无替代的产品, 为使该佳能320排CT尽快恢复原有的设备安全和图像质量达到最佳的诊疗功能, 满足临床诊断需求, 同意尽快采购进口佳能专用球管。 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: right;"> 专家签名: 李建军 </div> <div style="text-align: right;"> 2026年4月7日 </div> </div>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)
拟采购产品名称	320 排 CT球管采购
拟采购产品金额	125万元
采购项目所属项目名称	北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)320排CT设备球管采购项目
采购项目所属项目金额	125万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取：(如果国内无相应设备可供选择，则选此项)	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取：(此项一般不选择)	
<input type="checkbox"/> 3、其他。(如果国内设备无法满足需要，则选择此项)	
<p>原因阐述：</p> <p>本次采购的佳能 320 排 CT(AQ/ONE)专用球管为日本佳能医疗原厂生产的进口产品，国内无同类替代生产厂家，必须通过进口渠道采购。</p> <p>该球管采用佳能医疗境外专利与专有技术，属于不可替代的进口核心部件，国内无厂家具备相同技术与生产能力。</p> <p>该球管为国家药监局注册认证的进口医疗器械，仅进口原厂球管可通过整机匹配性测试，第三方及国产产品均无合规匹配报告。</p> <p>球管为 CT 核心消耗件，当前已故障停机，仅进口原厂球管可保障设备安全、图像质量与诊疗有效性。</p> <p>佳能医疗系统（中国）有限公司为该进口球管在中国唯一合法供应与服务渠道，无其他合法进口来源，故需要采购进口产品。</p>	
三、专家论证意见	
<p>技术专家论证意见：</p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">本次采购标的为日本佳能医疗原厂生产的进口产品，国内无同类替代厂家，进口原厂球管可保障设备安全、图像质量与诊疗有效性，同意采购进口球管。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">专家签名： </p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">2026 年 4 月 7 日</p>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)
拟采购产品名称	320 排 CT 球管采购
拟采购产品金额	125 万元
采购项目所属项目名称	北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)320 排 CT 设备球管采购项目
采购项目所属项目金额	125 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取:(如果国内无相应设备可供选择, 则选此项)	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取:(此项一般不选择)	
<input type="checkbox"/> 3、其他。(如果国内设备无法满足需要, 则选择此项)	
原因阐述: 本次采购的佳能 320 排 CT(AQ/ONE)专用球管为日本佳能医疗原厂生产的进口产品, 国内无同类替代生产厂家, 必须通过进口渠道采购。 该球管采用佳能医疗境外专利与专有技术, 属于不可替代的进口核心部件, 国内无厂家具备相同技术与生产能力。 该球管为国家药监局注册认证的进口医疗器械, 仅进口原厂球管可通过整机匹配性测试, 第三方及国产产品均无合规匹配报告。 球管为 CT 核心消耗件, 当前已故障停机, 仅进口原厂球管可保障设备安全、图像质量与诊疗有效性。 佳能医疗系统(中国)有限公司为该进口球管在中国唯一合法供应与服务渠道, 无其他合法进口来源, 故需要采购进口产品。	
三、专家论证意见	
技术专家论证意见: 本次采购的佳能 320 排 CT(AQ/one) 专用球管为日本佳能医疗原厂生产的进口产品, 目前国内无同类替代产品, 为保证整机良好匹配性和设备运行安全性, 同时兼顾良好的图像质量和临床检验的有效性, 同意采购进口专用球管。 专家签名: 冯福顺	
2026 年 4 月 7 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)
拟采购产品名称	320排CT球管采购
拟采购产品金额	125万元
采购项目所属项目名称	北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)320排CT设备球管采购项目
采购项目所属项目金额	125万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取:(如果国内无相应设备可供选择,则选此项)	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取:(此项一般不选择)	
<input type="checkbox"/> 3、其他。(如果国内设备无法满足需要,则选择此项)	
原因阐述: 本次采购的佳能 320 排 CT(AQ/ONE)专用球管为日本佳能医疗原厂生产的进口产品,国内无同类替代生产厂家,必须通过进口渠道采购。 该球管采用佳能医疗境外专利与专有技术,属于不可替代的进口核心部件,国内无厂家具备相同技术与生产能力。 该球管为国家药监局注册认证的进口医疗器械,仅进口原厂球管可通过整机匹配性测试,第三方及国产产品均无合规匹配报告。 球管为 CT 核心消耗件,当前已故障停机,仅进口原厂球管可保障设备安全、图像质量与诊疗有效性。 佳能医疗系统(中国)有限公司为该进口球管在中国唯一合法供应与服务渠道,无其他合法进口来源,故需要采购进口产品。	
三、专家论证意见	
技术专家论证意见: <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;"> 根据甲方实际需求,现实用的佳能320排CT因球管故障停机,需购买与之匹配的原机专利球管,目前国内无同类产品替代,同意购买进口产品。 </div> <div style="margin-top: 10px;"> 专家签名: 张丽萍 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 2026年4月7日 </div>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)
拟采购产品名称	320 排 CT球管采购
拟采购产品金额	125万元
采购项目所属项目名称	北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)320排CT设备球管采购项目
采购项目所属项目金额	125万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取:(如果国内无相应设备可供选择, 则选此项)	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取: (此项一般不选择)	
<input type="checkbox"/> 3、其他。(如果国内设备无法满足需要, 则选择此项)	
<p>原因阐述:</p> <p>本次采购的佳能 320 排 CT(AQ/ONE)专用球管为日本佳能医疗原厂生产的进口产品, 国内无同类替代生产厂家, 必须通过进口渠道采购。</p> <p>该球管采用佳能医疗境外专利与专有技术, 属于不可替代的进口核心部件, 国内无厂家具备相同技术与生产能力。</p> <p>该球管为国家药监局注册认证的进口医疗器械, 仅进口原厂球管可通过整机匹配性测试, 第三方及国产产品均无合规匹配报告。</p> <p>球管为 CT 核心消耗件, 当前已故障停机, 仅进口原厂球管可保障设备安全、图像质量与诊疗有效性。</p> <p>佳能医疗系统(中国)有限公司为该进口球管在中国唯一合法供应与服务渠道, 无其他合法进口来源,故需要采购进口产品。</p>	
三、专家论证意见	
<p>技术专家论证意见:</p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">采购人拟采购的产品不属于国家有关部门规定的限制类和禁止类进口目录范围内的产品, 可以采购进口产品。因此, 同意采购进口产品。 专家签名: 李卫</p> <p style="text-align: right;">2026年 4 月 7 日</p>	